

Rat Total Antioxidant Status (TAS) ELISA KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kit ELISA yöntemi ile çalışmalı ve 96 well plate'den oluşmalıdır.
2. 450 nm dalga boyunda okuma yapabilmelidir.
3. Ürün üzerinde kullanıcı için detaylı uygulama bilgileri yer almalıdır.
4. Ölçüm aralığı 0.2 U/ml→60 U/ml olmalıdır.
5. Hassasiyeti 0.175 U/ml olmalıdır.
6. Ürün miadı en az 6 ay olmalıdır.
7. Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir.
8. İthalatı firma distribütörlük ve ISO9001 belgesini ibraz etmelidir.