

Sıçan - MIS/AMH ELISA Kit Şartnamesi

1. Kit ELISA yöntemi ile çalışmalı ve 96 well plate den oluşmalıdır.
2. 450 nm dalga boyunda okuma yapabilmelidir.
3. Ürün üzerinde kullanıcı için detaylı uygulama bilgileri yer almalıdır.
4. Ölçüm aralığı 0.1ng/ml – 40ng/ml olmalıdır.
5. Hassasiyeti 0.051ng/ml olmalıdır.
6. ELISA kiti serum, plazma ve diğer biyolojik sıvı örneklerinde çalışılmalıdır.
7. Ürün miadı en az 6 ay olmalıdır.
8. Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir.
9. İthalatı firma distribitorluk ve ISO9001 belgesini ibraz etmelidir.
10. Elisa kitleri firmaya ait laboratuvarında çalışılmalıdır. Firma, araştırmacılara elisa reader, elisa washer, 8 kanallı pipet, tek kanallı pipet, elisa kitleri için gerekli tüm sarf malzeme ve cihazları içeren olanakları sağlamalıdır.