

## **ApopTag® Plus Peroxidase In Situ Apoptosis Kit Teknik Şartnamesi**

1- Kit içi komponentler aşağıdakilerin tamamını kapsamalıdır:

- a-Methy Green
- b-Equilibration Buffer
- c-TdT enzym
- ç-Working Stop/Wash buffer
- d-Reaction Buffer
- e-Digoxigenin peroxidaz
- f-DAB Chromogen
- g-DAB Substrate

2-Pozitif kontrol kesiti 5 adet verilecektir.

3-40 test olmalıdır.

4-PBS 1 lt verilecektir

5-Hydrogen peroxide 125 ml verilecektir.

6-Çalışmada kullanılacak Clone: S7101 olmalıdır.

7-Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

8-İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- Kitler firmaya ait laboratuvarıda çalışılmalıdır. Firma, araştırmacılara gerekli tüm sarf malzeme ve cihazları içeren olanakları sağlamalıdır.