

NUKLEİK ASİT İZOLASYON KİTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. İzolasyon kiti; serum; plazma, vücut sıvısı, konjonktival sürüntü ve sputum, aspirat gibi solunum örneklerinden magnetik bead temelli viral DNA ve RNA izolasyonunu yapabilmelidir.
2. 400ul, 500ul, 1000 ul başlangıç hacimlerindeki örneklerle izolasyon yapılabilirmelidir.
3. 144 kit içeren ambalajlarda olmalıdır.
4. Teklif edilecek İzolasyon kiti CE-IVD belgesine sahip olmalıdır.
5. Teklif edilecek izolasyon kitini içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.

İzolasyon kiti kartuşu X 2; carrier RNA X 2, AVE solüsyonu X 2

6. Teklif edilecek izolasyon kiti Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH laboratuvarımızda kurulu bulunan Qiasymphony izolasyon cihazında kullanılabilir.
7. Teklifte bulunacak firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
8. Teklif verecek firma testlerin yapılması için ihtiyaç olacak sarf malzemeleri de bedelsiz olarak teslim etmelidir.

Pak, köyü Sadı Konuk
 Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 İZ. Dr. Servet NUR KARABELA
 İmza Tes. No: 55581

Dr. Jyoti K. Kumbhar