

TEKNİK ŞARTNAME

E.M.B. AGAR

1. Kutu üzerinde, üretici veya ithalatçı firmanın orijinal etiketi bulunmalı, etiket üzerinde son kullanma tarihi, malzemenin adı, kullanma talimatı ve lot numarası yazılı olmalıdır.
2. Kutu miktarları 500 g olmalıdır.
3. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl miatlı olmalıdır.

STERİL İDRAR KABI

1. Plastikten imal edilmiş ve plastik vida kapaklı olmalıdır.
2. Kabin hacmi 100 ml olup, steril edilmiş tek jelatin poşetler içerisinde bulunmalıdır.
3. Jelatin poşet üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
4. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

PEDİATRİK KAN KÜLTÜR ŞİŞESİ

1. Kan kültürü şişeleri kontaminasyon riskini minimize etmek amacıyla venöz kanı direkt olarak alabilecek özellikte olmalıdır (şişeler vakumlu ve kan alımında kullanılan holderlar ile uyumlu olmalıdır).
2. Kan kültür şişeleri kan içerisinde bulunabilecek antibiyotik ve diğer üreme inhibitörlerini bağlayıcı özellikte olmalı, aynı zamanda fagositlerdeki bakterileri açığa çıkarabilme özelliğine sahip olmalıdır.
3. Pediatrik kan kültür şişeleri 5 ml'ye kadar kanın inkübasyonuna olanak sağlamalıdır.
4. Kan kültür şişeleri subkültür yapmaya uygun olmalı ve şişeden direkt olarak boyama yapmaya olanak sağlamalıdır.

STERİL PLASTİK ÖZE

1. Plastik malzemeden üretilmiş ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Bir ucu halka, diğer ucu iğne olup halka ucu 10 mikrolitre sıvı çekmelidir.
3. En az 5 en fazla 50 adetlik ambalajlar halinde olmalıdır.
4. Karton kutular içerisinde olup üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası yazmalı ve teslim tarihinden itibaren kullanma süresi en az 2 yıl olmalıdır.

STUART (STERİL) TRANSPORT BESİYERİ (STERİL EKÜVYON BESİYERİ)

1. Plastik kapaklı bir tüp içerisinde Stuart Transport Medium içeren agar bulunmalı, tüpün yanında tüp ebatlarına uygun plastik kapağa monte edilmiş, plastik bir çubuk olmalı ve çubuğun uç kısmında pamuk sarılı olmalıdır. Her iki malzeme naylon bir poşet içinde olmalıdır.
2. Ürün üzerinde steril edilmiş olduğu yazılı olmalıdır. Tüp üzerinde numune içeriğini yazabilmek için etiket bulunmalıdır.
3. Malzeme ambalajı üzerinde, son kullanma tarihi, lot numarası ve saklama koşulları yazmalıdır.
4. Teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl miatlı olmalıdır.

KESİCİ DELİCİ TIBBİ ATIK KUTUSU SARI (5LT)

1. Sert plastikten imal edilmiş,kesici,delici,metal malzemenin atılması ve taşınması ile ilgili olarak tıbbi atık kontrolü yönetmeliğine uygun olmalıdır.
2. Ağız kısmında enjektör benzeri atıkların uçları kolaylıkla çıkartılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3. Kapak kendiliğinden açılmayacak şekilde oto veya manuel kilitlenmelidir.

TEK KULLANIMLIK STERİL SAPLI BİSTÜRİ VE BİSTÜRİ UCU NO:24

1. Bistüri karbon çeliktan üretilmiş olmalı, polisajı pürüzsüz ve düzgün olmalıdır.
2. Bistüri sapına uygun olmalı, kolay takılabilirmeli, kolay çıkartılabilmeli, kullanırken yuvasından oynamamalıdır.
3. Malzeme orijinal steril ambalajında ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
5. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl miatlı olmalıdır.

STERİL 10 ML ENJEKTÖR (YEŞİL UÇLU)

1. En az 10 cc iç hacme sahip, ilaç enjeksiyonu için imal edilmiş olmalıdır.
2. Hacim silindir kısmı miktar derece göstergeli bölümlere ayrılmış olmalıdır.

Aysel KÖKAL



3. Enjektör üç parçalı ve piston kısmı hava ve sıvı kaçırmamalıdır.
4. Enjektör iğne ucu paslanmaz çelikten ve yeşil renk kodlu olmalıdır.
5. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
6. Kullanıma hazır tekli paketlerde olmalı, paketler üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.

TIBBİ BEZ FLASTER (5CMX5M) (KAHVERENGİ)

1. Flasterlerin dayanıklılık ve yapışma özelliği mükemmel olmalıdır ve alt yüzeyi tümü ile tekrar tekrar yapışabilecek özellikte olmalıdır.
2. Bant elle ortadan ikiye bölünebilmelidir.
3. Yapışkanı alerjik olmamalıdır.
4. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl matlı olmalıdır.

KORUYUCU LABORATUVAR GÖZLÜĞÜ

1. 0,5 mm kurşun koruyuculuğa sahip olmalıdır.
2. Dayanıklı materyalden yapılmış olmalıdır.
3. Burun kemerine tam olarak oturmalı ve silikonlu olmalıdır.
4. Ağırlığı eşit olarak dağıtılmış ve rahat olmalıdır.
5. Kenar koruyucuları olmalı ve kenar koruyucular rahat görüş imkânına sahip olmalıdır.

OXİVİR EXCEL FOAM CE SPREY 750 ML

1. Ürün alkol, amin, perasetik asit ve Kuarterner Amonyum bileşikleri ya da türevlerini içermemelidir.
2. Dezenfektan, hızlandırılmış hidrojen peroksit teknolojisi içermelidir.
3. Ürün içeriğindeki hidrojen peroksit oranı en fazla %0,5 oranında olmalıdır
4. Ürün hem temizleyici hem de dezenfekte edici özellikte olmalıdır ve ürünün temizleyici özelliği ilgili ibareler ürünün ambalaj üzerindeki orijinal etiketinde belirtilmiş olmalıdır.
5. Kullanım kolaylığı için malzeme 750 ml lik kullanıma hazır ambalajlar halinde, köpük formda olmalıdır.
6. Ürün bebek kuvözleri başta olmak üzere, yeni doğan üniteleri, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis, dental cerrahi vb tüm hastane birimlerinde tüm yüzey, tıbbi cihaz ve aletlerde kullanıma uygun olmalıdır.
7. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
8. En fazla 15 saniye bakterisid (EN 13727), 30 saniye fungisidal, yeastisidal (mantar, maya) (EN13624), 30 saniye tüm zarflı ve zarfsız virüsler, 30 saniye Poliovirüs, 30 saniye Adenovirüs, 30 saniye Norovirüs (EN 14476), 30 saniye Bovine Viral Diarrhea virüs, 1 dakikada mikobakterisit ve 1 dakika tüberkülosid (EN 14348) ve 5 dakika sporisid (EN13704) etkinliği olmalıdır.
9. Ürün 93/42/EEC direktifine göre CE sertifikasıyla belgelendirilmiş olmalıdır.
10. Ürünün ÜTS kaydı yapılmış ve Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

EL DEZENFEKTANI 500 VEYA 1000 ML

1. El antiseptiği %65-90 oranları arasında n-propanal, ethanol ve isopropanol'den en az ikisinin kombinasyonunu içermelidir.
2. Alkolün cinsi miktarı, konsantrasyonu, ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
3. Kuru el temizliği şeklinde, sıvı formda kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
4. Ürün geniş spektrumlu olup en geç 30 sn içinde etkin el antiseptisi sağlamalıdır.
5. Toksik ve iritan olmamalı, dermatolojik olarak test edilmiş olmalıdır.
6. Kokusuz veya hoş kokulu olmalıdır.
7. Raf ömrü uzun olmalıdır (en az 2 yıl)
8. Yerli ürünler için Sağlık Bakanlığından üretim izin belgesi olması gerekmektedir
9. Her bir ambalajın üzerinde barkot okuyucuların okuyabileceği UBB Barkodu bulunmalıdır.

Aysel KÖKSAL

