

## **HARRİS HEMATOKSİLEN**

Patoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.

Hematoksilen-eozin veya Papanicolaou boyasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.

Nükleusları mor renkte boyayacak özellikte olmalıdır.

Kullanıma hazır sıvı halde, tortu içermeyen formda olmalıdır.

500ml veya 2,5 lt lik boyayı sızdırmayan, vidalı kapaklı cam veya sert plastikten mamul ışığı geçinmeyen ambalajda olmalıdır,

Orijinal ambalajında olmalıdır.

Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.

Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miyadlı olmalıdır.

Teklifte malzemenin markası mutlaka belirtilmelidir.

İstekliler, Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini ( 1 litre) (ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde), varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini vereceklerdir.

Gönderilen ve laboratuvarında denenmiş numunenin yerine getirdiği özelliklerin teslim edilen ürünün tamamında gözlenmesi gerekmektedir. Bu durum, teslimat aşamasında gerekli görülürse yeniden test ettirilecek ve sonucun uygun olmaması halinde zarar firma tarafından karşılanacaktır.

Maddenin öncelikle varsa UBB kaydı, yoksa CE, TSE, FDA yada İSO belgesinin verilmesi zorunludur.

### **EOZİN Y ALKOLİK(EOZİN Y ORANI%0.5-5)**

1. Sitoplazmayı seçici olarak boyayabilmelidir.
2. Histolojik ve sitolojik boyamalara uygun olmalıdır.
3. 2,51 litre)lik sızdırmaz, vidalı kapaklı cam veya sert plastikten mamul ışık geçirmeyen orijinal ambalajlarda olmalıdır.
4. Kullanıma hazır sıvı formunda olmalıdır.
5. Alkol bazlı olmalıdır.
6. Çökelti oluşturmamalıdır.
7. Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
8. Urun teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
9. IVD isareti taşınmalıdır.
10. Uygunluğuna laboratuvarımızca test edildikten sonra karar verilecektir.
11. İhaleden önce en az 1 lt numune ve katalogu mutlaka getirilmelidir.
12. Teklifte malzemenin markası mutlaka belirtilmelidir.  
Hematoksilen boyamanın bir aşamasında kullanıldığından diğer kimyasallarla uyum sağlayıp preparatları boyayabilmelidir.

## **RETİKÜLİN BOYA SETİ**

1. Patoloji laboratuvarında konvansiyonel histokimyasal çalışma için kullanılacaktır.
2. Kit orijinal ambalajında ve ithal olmalıdır.
3. Kit içeriği  
Oxalic Acid Solüsyonu  
Potassium Permanganate Solüsyonu  
Ferric Ammonium Sulfate Solüsyonu  
Reducing Solüsyonu  
Gold Chloride Solüsyonu  
Sodium Thiosulfate Solüsyonu  
Kernechtrot Nuclear Fast Red Boyası  
Silver Nitrate Solüsyonu  
Ammonium Hydroxide Solüsyonu  
Sodium Hydroxide Solüsyonu, olmalıdır
4. Kit şale veya joplin Jar ile boyanacak preparatlar solüsyon içerisine daldırılarak çalışmaya uygun olmalıdır. Damlatma yöntemi kesinlikle kullanılmayacaktır.
5. 1 Kit ile en az 110-250 lam boyanabilmelidir.
6. Kullanıma hazır formda olmalıdır.
7. Ambalaj boyanın özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır.
8. Kit içerisinde boyama prosedürlerini basamakları ile anlatan bir prospektüs bulunmalıdır.
9. Üretici, ürün içeriği, son kullanma tarihi ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
10. Uluslararası standartlara uygun olmalıdır.