

LAM - POZİTİF ŞARJLI 72'li

- Pozitif elektrik yükü olmalıdır ve şarj yükü eşit olarak dağıtılmış olmalıdır.
- Mutlaka elektrik yükünün muhafazası için özel selofan kılıf içinde paketlenmiş olmalı, paketler açık veya yırtık, delik olmamalıdır.
- Şeffaf, lekesiz, tozsuz olmalıdır.
- Doku yapışmasını arttıran silan kaplı, traşlı, 76 x 26 mm ebatlarında, 1 mm. kalınlığında olmalıdır.
- Kutu içeriğinde en az 72 adet olmalıdır.
- Ürünler malzeme isimlerinde belirtilen özelliklere ve sertifikaya sahip olmalıdır.
- Ürün DIN ISO 8037/1 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
- Ürün ambalajı üzerinde Katalog numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve kare kod mutlaka bulunmalıdır.
- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- Ürünün yanında lam sayısı kadar 20x20mm lamel verilmelidir.

PBS Tablet

- Ürün 50 tablet halinde orijinal paketlenmiş olmalıdır.
- Kalsiyum ve magnezyum içermemelidir.
- Ürün hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.
- Ürün toksik madde içermemelidir.
- Ürün çalışmanın gerçekleştirileceği laboratuvarıda ilk kez kullanılıyor ise numune verilmelidir.
- Ürün orijinal ambalajında 18-25°C saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
- Yüklenici firma, bozuk veya hatalı ürünleri ücrete tabi olmaksızın yenisi ile değiştireceği konusundaki taahhünameyi ilgili teklif mektubunda ayrıca belirtmelidir.
- Ürün ambalajı üzerinde Katalog numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve kare kod mutlaka bulunmalıdır.
- Ürünle birlikte 500 adet pastör pipet teslim edilmelidir.

Mouse and Rabbit Specific HRP/DAB IHC Detection Kit - Micro-polymer, 18ml

- IHC kiti, immünohistokimya (IHC) fare ve tavşan birincil antikorlarını tespit etmek için kullanılır.
- Hassas bir tespit için HRP mikro-polimer ikincil antikor kullanır.

- Kit içeriğinde 20x DAB Chromogen; 900ul, DAB substrate; 18 ml, Polyperoxidase-anti-Mouse/Rabbit IgG (Ready-to-Use); 18 ml, Hydrogen Peroxide Block; 18 ml, Normal Goat Serum (Ready-to-Use) ; 18 ml ve Polymer Helper (Ready-to-Use) ; 18 ml bulunmalıdır.
- IHC çalışmalarına uygun olmalıdır.
- Ürün orijinal ambalajında 2-8 °C saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
- Yüklenici firma, bozuk veya hatalı ürünleri ücrete tabi olmaksızın yenisi ile değiştireceği konusundaki taahhünameyi ilgili teklif mektubunda ayrıca belirtmelidir.
- Ürün ambalajı üzerinde Katalog numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve kare kod mutlaka bulunmalıdır.
- Sipariş durumunda ürün, firma yetkilisi tarafından bizzat teslim edilmelidir.

Boncuk Paraffin, 1 kg

- Ürün, saflaştırılmış parafin ve sentetik reçine karışımından oluşmalıdır.
- 2µ kadar ince kesitlerde azaltılmış sıkıştırmaya izin verebilmelidir.
- Renk değiştirmez veya reçine çökeltisi oluşturmaz.
- Doku işlemcilerde/gömme merkezlerinde hızlı eritme için küçük peletler halindedir.
- Parafin hatlarını tıkamak için plastikleşme kalıntısı bırakmaz.
- Erime noktası 56°C derece olmalıdır.
- Ürün orijinal ambalajında 500g olmalıdır ve 2 adet teslim edilmelidir.
- Önerilen marka daha önce kullanılmış ve onay almış olmalıdır.
- Yüklenici firma, bozuk veya hatalı ürünleri ücrete tabi olmaksızın yenisi ile değiştireceği konusundaki taahhünameyi ilgili teklif mektubunda ayrıca belirtmelidir.
- Ürün ambalajı üzerinde Katalog numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve kare kod mutlaka bulunmalıdır.
- Sipariş durumunda ürün, firma yetkilisi tarafından bizzat teslim edilmelidir.

Lam-beyaz renkli uçlu 50 adet/kutu

- Ürün orijinal ambalajda ve A kalite olmalıdır.
- Renkli uçlu olup, yan yüzeyleri rodajlı olmalıdır.
- Ürünler malzeme isimlerinde belirtilen özelliklere ve sertifikaya sahip olmalıdır.
- Ürün DIN ISO 8255 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
- Ürün paketinde 50 adet lam bulunmalıdır.

- Firma en az 1 adet ürün numunesi vermelidir.
- Teklif edilen tüm ürünler en geç 10 gün içerisinde eksiksiz teslim edilmelidir.
- Muadil ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Teklifte mutlaka fiyat verilen ürünlerin marka ve modelleri açıkça yazılmalıdır.

Lamel 22 x 22 mm, 100 adet/kutu

- Ürün orijinal ambalajda ve A kalite olmalıdır.
- Ürün 22x22mm boyutunda olmalıdır.
- Renksiz olup, yan yüzeyleri rodajsız olmalıdır.
- Ürünler malzeme isimlerinde belirtilen özelliklere ve sertifikaya sahip olmalıdır.
- Ürün DIN ISO 8255 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
- Ürün paketinde 100 adet lamel bulunmalıdır.
- Teklif edilen tüm ürünler en geç 10 gün içerisinde eksiksiz teslim edilmelidir.
- Muadil ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Teklifte mutlaka fiyat verilen ürünlerin marka ve modelleri açıkça yazılmalıdır.
- Ürünle birlikte 1 adet lamel kutusu verilmelidir.

Mikrotom bıçağı feather A35

- Ürün patoloji laboratuvarında mikrotom cihazı üzerine parafine gömülmüş dokularda kesit almak için kullanılmak üzere uygun tasarımda olmalıdır.
- Mikrotom bıçağı kesim ağız açısı 35 derece olmalıdır.
- Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olup çizik oluşturması özel kaplaması ile önlenmiş olmalıdır.
- Mikrotom bıçağı üzerinde çizgi barkod olmalıdır ve bu sayede üretici firmanın tüm bilgilerine herhangi bir QR/barkoda okuyucu tarafından okutulduğunda ulaşılabilmelidir.
- Bıçak 50 adetlik ambalajlarda olup, ambalaj üzerinde referans numarası IVD olup olmadığı yazmalıdır.
- Laboratuvarda denenerek karar verilecek olup, rutin kesit işlemlerinde sorunsuz kullanılabilmelidir.
- Mikrotom bıçağının keskin tarafı lazer kesimle kesilmiş olup özel bir kaplamayla kaplanış olmalıdır. Bu sayede daha çok kesit alınabilir özellikte olmalıdır.

- Üretici firmanın internet adresi ve şirketin tüm bilgileri kutu üzerinde açıkça görülmelidir.
- Aynı bıçakla yumuşak ve sert dokularda kaliteli kesit alınabilmelidir.
- Yüklenici firma, bozuk veya hatalı ürünleri ücrete tabi olmaksızın yenisi ile değiştireceği konusundaki taahhünameyi ilgili teklif mektubunda ayrıca belirtmelidir.
- Ürün ambalajı üzerinde Katalog numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve kare kod mutlaka bulunmalıdır.
- Sipariş durumunda ürün, firma yetkilisi tarafından bizzat teslim edilmelidir.
- Ürünle birlikte 1 adet parafilm verilmelidir.

Ethanol absolute %99.9, ACS, ISO, reagent ph. Eur, 2,5lt

- Kırılmaz, sızdırmaz özellikte koyu amber cam veya sert plastik şişede olmalıdır.
- Ürün orijinal ambalajında 2,5 lt olmalıdır.
- Kromatografik çalışmalar için analitik grade en az %99 saflıkta olmalıdır.
- Yüklenici firma, bozuk veya hatalı ürünleri ücrete tabi olmaksızın yenisi ile değiştireceği konusundaki taahhünameyi ilgili teklif mektubunda ayrıca belirtmelidir.
- Ürün ambalajı üzerinde Katalog numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve kare kod mutlaka bulunmalıdır.
- Sipariş durumunda ürün, firma yetkilisi tarafından bizzat teslim edilmelidir.
- Ürünle birlikte alkole dayanıklı 500ml piset verilmelidir.
- Ürün **2 hafta** içerisinde teslim edilmelidir.

PAP Pen

- PAP kalem, boyama reaktiflerini doku bölümleri üzerinde lokalize tutmalı, aynı slayt üzerinde iki bölümü farklı şekilde boyarken reaktiflerin karışmasını önlemelidir.
- Alkol ve asetonda çözünmemelidir, ancak boyama prosedürü tamamlandıktan sonra isteğe bağlı olarak ksilen ile çıkarılabilmelidir.
- Teklif edilen tüm ürünler en geç 7 gün içerisinde eksiksiz teslim edilmelidir.
- Teklifte mutlaka fiyat verilen ürünlerin marka ve modelleri açıkça yazılmalıdır.
- Ürünler kargo veya teslimatta sorunlu çıkması durumunda ücretsiz değiştirilecektir.
- Ürün ile birlikte 1lt Ksilen verilmelidir.

Anti-RANKL antibody [C1]

- Standart formaldehit tespitli, rutin takipli parafin blok doku kesitlerinde çalışmak üzere özel olarak üretilmiş ürünler olmalıdır.
- Antikor, Mouse monoclonal olmalıdır.
- Klon numarası C1 olmalıdır.
- Antikor, insan ve sıçanda çalışmalıdır.
- IHC-P ve WB çalışmalarına uygun olmalıdır.
- Antikor kullanıma hazır en az 100ug ambalajda olmalıdır.
- Antikor üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve onaylanmış olmalıdır.
- Her bir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve sonuçları onaylanmış olmalıdır.
- Numune verilmesi zorunludur.
- Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi vermelidir.
- Malzemelerin transfer ve teslimatı soğuk zincir kurallarına uygun ortamlarda ve tek parti halinde gerçekleştirilmelidir.
- Yüklenici firma; kullanıma uygun olmayan, hatalı ya da çalışmayan antikorları yenileri ile değiştirmekle yükümlüdür.
- Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.
- Sipariş durumunda ürün, firma yetkilisi tarafından bizzat teslim edilmelidir aksi takdirde kabul edilmeyecektir.
- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Osteopontin antibody

- Standart formaldehit tespitli, rutin takipli parafin blok doku kesitlerinde çalışmak üzere özel olarak üretilmiş ürünler olmalıdır.
- Antikor, rabbit polyclonal olmalıdır.
- Antikor, fare ve sıçanda çalışmalıdır.
- IHC-P ve WB çalışmalarına uygun olmalıdır.
- Bir test kullanıma hazır sıvı formda en az 100ul antikora karşılık gelmelidir.
- Antikor üretici firmanın kendi tesislerinde üretilmiş ve onaylanmış olmalıdır.

- Her bir aplikasyon için üretici firma tarafından test edilmiş ve sonuçları onaylanmış olmalıdır.
- Numune verilmesi zorunludur.
- Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi vermelidir.
- Malzemelerin transfer ve teslimatı soğuk zincir kurallarına uygun ortamlarda ve tek parti halinde gerçekleştirilmelidir.
- Yüklenici firma; kullanıma uygun olmayan, hatalı ya da çalışmayan antikorları yenileri ile değiştirmekle yükümlüdür.
- Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.
- Sipariş durumunda ürün, firma yetkilisi tarafından bizzat teslim edilmelidir aksi takdirde kabul edilmeyecektir.
- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.