

## OTOSKOP/ OFTALMOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Otoskop başlığı metal olmalıdır.
2. Otoskop spekülülerinin arkası aşınmayı engellemek için metal ve kilit sistemli olmalıdır. 20 adet spekülüm verilecektir.
3. Otoskop üzerinde iki adet lens olmalıdır. Lenslerin bir tanesi sökülüp takılabilir ve pneumatik teste müsait olmalı, diğer lens 14 mm çapında ve sonsuz dönüşümlü olmalı ve doktorun kulak içine müdahale yapmasına imkan vermelidir.
4. Aydınlatma 2.5 V ampul ile olmalıdır. 4 adet yedek ampul verilmelidir.
5. Oftalmoskop metal gövdeli, + 20 VE –20 D olmalıdır.
6. Metal sap iki adet orta boy pil ile çalışmalıdır.
7. Sap üzerinde açma kapama düğmesi rehostatlı olmalıdır.
8. Set içinde:
  - Bir (1) adet metal burun spekülümü
  - Bir (1) adet ışık taşıyıcısı
  - Bir (1) adet larenks aynası
  - Bir (1) abeslang tutucu
  - Bir (4) adet ampul olmalıdır.
9. En az 2 yıl garantili olmalıdır. Dayanıklı ve temizliği kolay olmalıdır. Cihazların garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda 48 (kırksekiz) saat içerisinde müdahale edilmeli, yedek parça gerektirmeyen durumlarda bu süreyi takip eden 24 (yirmi dört) saat içerisinde çalışır duruma getirilmeli, yedek parça gereken durumlarda 7 (yedi) gün, yurtdışından tamirat için parça gerekecekse 3 hafta içerisinde cihaz çalışır duruma getirilmelidir. Tamirat süresi boyunca aynı kalitede çalışır durumda cihaz yedek olarak firma tarafından verilecektir.
10. Cihaz üzerinde CE işareti olmalıdır.



Öğr.Gör. Zehra Çiçek

GTF Fizyoloji AD Öğr.Üye.



Prof.Dr. Mehmet ÖZLER

GTF Fizyoloji AD Bşk.



Dr.Öğr.Üye Volkan Tekin

GTF Fizyoloji AD Öğr.Üye.