

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
GÜLHANE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

İLK YARDIM VE ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ ARAŞTIRMA ALT YAPI PROJESİ
TEKNİK ŞARTNAMELER

İSTEK VE ÖNERİLER

GENEL İSTEKLER:

İdarenin ihtiyacı için satın alınacak malzemeler idare tarafından gösterilen yere kurulacaktır.

Satın alınacak malzemeler çalışır ve kullanıma hazır durumda teslim edilecektir.


Malzemeler ve aksesuarlarında alt maddelerde belirtilen kusurlar bulunmayacaktır.

- a) Kırık,
- b) Çatlak
- c) Ezik
- d) Boya dökülmesi
- e) Paslanma

Alınacak ürünler için kullanım kılavuzu mevcut olacaktır


DİĞER HUSUSLAR

1. Malzemelerin montajı ve bakımı gerekiyorsa yetkili teknik servis tarafından yapılacaktır.
2. Alımı yapılacak malzemeler üretim ve montaj hatalarına karşı malzeme tesliminden itibaren 2 (iki) yıl yüklenici garantisinde olacaktır
3. Alımı yapılacak malzemeler yüklenici tarafından 90 gün içinde idare tarafından belirtilmiş olan yerlere teslimatı yapılacaktır.
4. Her türlü nakliye, montaj, vb. hususlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.


Doç. Dr. Hakan AYHAN
Cerrahi Hast. Hem. AD

2. VACUM ATEL SETİ 3'LÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a. Vakum atel seti acil müdahalede kol ve ayak için vakum tekniği ile sabitleme yapılabilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
- b. Vakum atel seti x ışını geçirgen olmalıdır.
- c. Vakum atel seti yırtılmaya ve delinmeye mukavemetli özel bir TPU materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- d. Vakum atel seti kolay temizlenebilme özelliğine sahip olmalıdır.
- e. Vakum atel seti aşağıda belirtilen malzemelerden oluşmalıdır.
- f. 1 adet büyük boyatel yetişkin uzun ayak -çocuk sedye olabilecek özellikte olmalı, 105cm x 60cm ölçülerinde olmalıdır.
- g. 1 adet orta boyatel yetişkin uzun kol, kısa bacak- çocuk uzun bacak- bebek sedye olabilecek özellikte olmalı, 68cm x 45 cm ölçülerinde olmalıdır.
- h. 1 adet küçük boyatel yetişkin kısa kol, ayak bileği, boyun- çocuk uzun kol, kısa ayak – bebek uzun bacak olabilecek özellikte olmalı, 54cm x 33cm ölçülerinde olmalıdır.
- i. 1 adet Vakum Pompası: Atellerin her boyuna da uyumlu konektörlü olmalı ve kolay uygulanabilir olmalıdır.
- j. 1 adet Taşıma Çantası: Vakum Atellerin ve Vakum Pompasının muhafaza edilebilmesi için yapılmış olmalıdır. Leke tutmaz Danier Polyester kumaştan imal ve su geçirmez olmalıdır.


Doç. Dr. Hakan AYHAN
Cerrahi Hast. Hem. AD