

TEKNİK ŞARTNAME

Collagenase Activity Test Kiti

Test kiti kolorimetrik olmalıdır.

Test hassasiyeti 5 µU olmalıdır.

Test tipi enzimatik olmalıdır.

Test 10 dakika içinde sonuç vermelidir.

Bir kutu ile 100 test yapılabilmelidir.

Bu test için saptama sınırı 0,0005 mU Kolajenaz olmalıdır.

Test kitini plate reader ile okuması yapılabilmelidir.

Naringenin

Ürünün Cas Numarası 67604-48-2 olmalıdır.

Ürün %99 Saflıkta olmalıdır.

Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

Isopropyl myristate

Ürünün Cas Numarası 110-27-0 olmalıdır.

Ürün %99 Saflıkta olmalıdır.

Ürünün kosher sertifikası olmalıdır.

Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

Tween 80

Ürünün Cas Numarası 9005-65-6 olmalıdır.

Ürünün Böcek hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.

Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

Cremophor RH40

Ürünün Cas Numarası 61788-85-0 olmalıdır.

Ürünün kozmetik sektörüne uyumlu olmalıdır.

≤10 ppm dioxan seviyesinde olmalıdır.

Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

Propylene Glycol

Ürünün Cas Numarası 57-55-6 olmalıdır.

Ürünün ilaç sektörüne uyumlu olmalıdır.

Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

Phosphatidylcholine

Ürünün Cas Numarası 8002-43-5 olmalıdır.

Ürünün saflığı ≥40% olmalıdır.

Ürün Yumurtadan elde edilmiş olmalıdır.

Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

Phosphate buffered saline (pH 7.4 tampon tabletleri)

Ürün solüsyon haline geldiğinde 7.4 pH olmalıdır.

Her bir tabletin içinde tween 20 içermelidir.

100 tabletlik orijinal ambalajında olmalıdır.

Gül Yağı

Gül yağı %100 saflıkta olmalıdır.

Rosa damascena türü gülün petallerinden elde edilmiş olmalıdır

Isparta yöresine ait güllerden elde edilmiş olmalı ve tamamen yerli olmalıdır

Hiçbir ilave madde/ katkı/ koruyucu/ esans içermemelidir

2020 hasadı g llerden elde edilmiř olmalıdır

Alınacak yaęın mutlaka GCMS analiz sertifikası olmalı ve bu sertifika g ncel olmalıdır

Osmanlı'da elde edilen geleneksel bakır imbik y ntemi ile elde edilmiř olmalıdır

 r n doęrudan tedarik iden temin edilecek olmalıdır

Aktar  r n  olmamalıdır

Amber renkli řiřelerde olmalı ve g neř g rmeyecek řekilde muhafaza ediliyor olmalıdır.

Do . Dr. Neslihan  ST NDAę OKUR

