

LAMP-2A ANTİKORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. WB (Western Blot), IF-ICC (İmmunfloresan-İmmünohistokimya) ile çalışmaya uygun olmalıdır.
2. İnsan ve fare örnekleri ile çalışmaya uygun olmalıdır.
3. Source Rabbit veya Mouse olmalıdır.
4. Monoklonal veya Poliklonal antikor olmalıdır.
5. İzotipi ıgG olmalıdır.
6. En az 100 µg likit formda olmalıdır.
7. Antikorum çalışmaması durumunda yenisi ücretsiz olarak temin edilebilmelidir.
8. Saklama koşullarına uygun olarak teslimatı yapılmalıdır.