

PRİMER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.** Primer seti, human Insulin receptor cDNA sekansına uyumlu primer içermelidir.
- 2.** Primer seti human irs-1 cDNA sekansına uyumlu primer içermelidir.
- 3.** Primer seti human akt cDNA sekansına uyumlu primer içermelidir.
- 4.** Primer seti human as160 cDNA sekansına uyumlu primer içermelidir.
- 5.** Primer seti human sirt1 cDNA sekansına uyumlu primer içermelidir.
- 6.** Primer seti human sirt3 cDNA sekansına uyumlu primer içermelidir.
- 7.** Primer seti human sirt6 cDNA sekansına uyumlu primer içermelidir.
- 8.** Primer seti human Beta actin cDNA sekansına uyumlu primer içermelidir.
- 9.** Primer seti human GAPDH cDNA sekansına uyumlu primer içermelidir.
- 10.** Primerler Roche LightCycler 480II cihazında çalışabilmelidir.
- 11.** Primerler 50 nmol konsantrasyonda liyofilize şekilde gönderilmelidir.
- 12.** Primerler firma tarafından dizayn edilmelidir.
- 13.** Primer optimizasyonu firma tarafından yapılmalıdır.
- 14.** Primerlerin çalışmaması durumunda firma teknik destek verebilmelidir.
- 15.** Primerlerin çalışmaması durumunda ücretsiz olarak yeni primer temin etmelidir.