

MİYELOPEROKSİDAZ ELISA KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- MPO Rat ELISA Kit 96 TestRat spesifik olmalıdır.
- 96 test olmalıdır.
- Peroksidaz kantitatif ölçümünü yapmalıdır.
- Serum, plazma, hücre kültürü süpernatantları, hücre lizatları, doku homojenizatlarında kullanıma uygun olmalıdır.
- Standard aralığı 0.5ng/ml – 100ng/ml olmalıdır.
- Hassasiyeti 0.24ng/ml olmalıdır

Doç.Dr.Elvan YILMAZ AKYÜZ

Acelya Gül