

IL-1 BETA ELISA KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Rat spesifik olmalıdır.
- 96 test olmalıdır.
- IL-1 beta'ın kantitatif ölçümünü yapmalıdır.
- Serum, plazma, hücre kültürü süpernatantları, hücre lizatları, doku homojenizatlarında kullanıma uygun olmalıdır.
- Standard aralığı 20pg/ml – 8000pg/ml olmalıdır.
- Hassasiyeti 10.23pg/ml olmalıdır.

Doç.Dr.Elvan YILMAZ AKYÜZ

Acelya GÜL