

NÜKLEER FAKTÖR-KAPPA B ELISA KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Rat spesifik olmalıdır
- 96 test olmalıdır.
- Nükleer faktör-kappa B (NF-KB) kantitatif ölçümünü yapmalıdır.
- Serum, plazma, hücre kültürü süpernatantları, hücre lizatları, doku homojenizatlarında kullanıma uygun olmalıdır.
- Standard aralığı 0.05ng/ml – 20ng/ml olmalıdır.
- Hassasiyeti 20.023ng/mlolmalıdır.

Doç.Dr.Elvan YILMAZ AKYÜZ

Açelya GÜL

