

SANTRİFÜJ TÜPÜ (FALKON) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polipropilen yapıli olmalıdır.
2. 15mL ve 50 mL hacimlerinde olmalıdır.
3. Sızdırmaz özellikli olmalıdır.
4. Vida kapaklı olmalıdır.
5. Steril olmalıdır.
6. Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
7. Gerektiğinde firma tarafından teknik destek verilebilmelidir.
8. Teklif veren firma kendi laboratuvar alt yapısında ürünlere destek verebilmelidir.
9. Teklif veren firma distribütörlük belgesi eklemelidir.