

SİLİKON YAPIŞKAN KENARLI, GÜMÜŞLÜ, JELLEŞEN KÖPÜK YARA ÖRTÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, silikon trilaminat yapışkan çerçeve tabakası, hidrofiber yara temas tabakası, poliüretan sünger tabaka ve en dışta poliüretan film tabaka olmak üzere 4 tabakadan oluşmalıdır.
2. Ürün hidrofiber teknolojisini içermelidir.
3. Ürün, hidrofiber içeriği sayesinde yatay fitillemeyi minimize etmelidir.
4. Ürün, hidrofiber teknolojisi sayesinde eksudayı dikey olarak emmeli, sıvıyı ve bakterileri içinde kilitlemelidir, jelleşerek yara yatağını konturlamalıdır.
5. Ürün, jelleşme özelliğiyle yara yatağındaki ölü boşlukları doldurarak çapraz enfeksiyonu minimize etmelidir.
6. Ürün yara iyileşmesini desteklerken, yara çevresindeki cildi korumalı ve maserasyonu minimize etmelidir.
7. Ürün, yara iyileşmesi için ideal nemli ortam sağlarken, pansuman değişimi sırasında yeni gelişen dokulara zarar vermeden çıkarılabilmelidir.
8. Ürünün içindeki iyonik gümüş oranı sitotoksik etki yaratmayacak şekilde en fazla %1,2 olmalıdır.
9. Ürünün poliüretan köpük tabakası en az 2.5 mm kalınlığında olmalıdır.
10. 40 mm/Hg basınç altında emdiği sıvıyı en az %90 oranında içinde tutmalıdır ve bu, klinik yayınlarla kanıtlanmalıdır.
11. Ürün, kompresyon bandajı altında kullanılabilmelidir.
12. Ürünün poliüretan film tabakası, su geçirmez olmalı, bakteri ve viral bariyer olmalıdır.
13. Ürün, bası ülserlerinde, venöz bacak ülserlerinde, diyabetik yaralarda, cerrahi yaralarda ve travmaya bağlı oluşan yaralarda kullanılabilmelidir.
14. Ürün, kesilerek kullanılabilmelidir.
15. Ürün, birincil ve ikincil kapama olarak kullanılabilmelidir.
16. Ürün, yarada 7 güne kadar kalabilmelidir.
17. Ürün kullanımdayken MRI (Magnetic Resonance Imaging) çekimi yapılabilir.
18. Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
19. Ürünün boyutları 10cmx10cm olmalıdır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Ümraniye Kampüsü
Prof. Dr. Mustafa Kemal Atatürk
Dip. No: 9075/90-39/ÜZM/11-20758
KBB Eğitim Semineri

TC. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Şeyma AKGÜN
KBB Hastalıkları
Dip. No: 204882