

10 ml Serolojik Pipet Plastik Teknik Şartnamesi

1. Ürün, tek tek poşette olmalı ve steril olmalıdır.
2. Ürün hacmi 10 ml olmalıdır.
3. Ürün ambalaj adedi en az 200 olmalıdır.
4. Hücre kültürü kullanımına uygun olmalıdır.
5. Yüklenici firma, bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceği konusundaki taahhünameyi Muayene Komisyonu'na sunmalıdır.
6. Teslim alınan malzemenin kullanımı esnasında aksaklık görüldüğünde, malzeme en geç 5 gün içinde değiştirilmelidir.