

**MEME LAKTASYON SETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Laktasyon Simülasyon Modeli, gerçekçi bir anatomik yapıya sahip olmalı ve gerçek bir emzirme durumunu simüle edebilmek için giyilebilir nitelikte olmalıdır.
2. Model, ebeveynler, öğrenciler ve eğiticiler için geliştirilmiş bir eğitim aracı olmalı,
3. Kullanımı kolay ve gerçeğe uygun yapıda olmalıdır.
4. Model ile aşağıdaki eğitimler ve uygulamalar gerçekçi bir şekilde yapılabilir olmalıdır:
 - a. Emzirme Yönetiminin Temelleri Nelerdir
 - b. İstenildiği takdirde farklı cilt renginde seçilebilmeli ve yönde eğitim verilebilmelidir.
 - c. Kapsamlı prenatal ve postpartum meme muayenesi
 - d. Farklı meme ucu şekilleri değerlendirmesi
 - e. Simüle kolostrumun el sağılması
 - f. Göğüs pompası uygulaması ve flanş boyutlandırma
 - g. Çeşitli konumlardaki tıkalı kanalların tanımlanması
5. Ayrıca model ile aşağıdaki durumlar eğitimler ve uygulamalar gerçekçi bir şekilde yapılabilir olmalıdır:
 - a. Her iki göğüsten simüle kolostrumun alınabilmesi
 - b. Bir veya iki memede tıkanma
 - c. Simüle edilmiş kolostrumun herhangi bir göğüs pompası alınabilmesi
 - d. Spence Kuyruğundaki büyük tıkalı kanal (Sol göğüs)
 - e. Areolaya (Sağ göğsü) kadar çok sayıda tıkalı kanal
 - f. Yuvarlak "derin mandallı" meme ucu (Sağ meme) Süt kabarcıklı soğanlı meme (Sağ göğüs)
 - g. Fissürlü sıkışmış meme başı (Sol meme) Düz, hasarlı meme başı (Sol meme)
 - h. Erken evre mastitis SolL meme) Meme apsesi (Sol meme)
 - i. x Aksiller ektopik meme dokusu (Sol meme)
 - j. x Göğüs büyütme izi (Sol meme)
 - k. x Göğüs küçültme izi (Sağ göğüs)
 - l. x Peripartum Montgomery bezleri (Sağ göğüs)
 - m. x İltihaplı Montgomery bezi (Sağ meme)
6. Kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
7. İmalat kusurlarına karşı (2) yıl garanti içermelidir.
8. Yedek parça garantisi 10 yıldır. (Ücretli)
9. Üretici satıcı firmaya yetki belgesi vermelidir.
10. Çanta ve iki adet 50cl şırınga ile beraber verilmelidir.


Doç.Dr. Yasemin AYDIN KARTAL