

Rat Glutamate(Glu)ELISA Kit Teknik Şartnamesi

1. Teklif edilen kit Rat ve diğer biyolojik numunelerde çalışabilmelidir.

Sensitivity: 2.775umol/L

Assay range:3 - 900umol/L

2. Kit 96 kuyucuklu olmalıdır.
3. Kit çalışması için gerekli tüm reaktifler, standartlar, tamponlar ve numune-standart dilüentleri gibi malzemeleri içermelidir. Verilen tüm malzemeler kullanıma hazır veya konsantre olmalıdır.
4. Kit çalışma prosedürünü gösteren ayrıntılı kullanıcı kitapçığı bulunmalıdır. Örnek hazırlanması, saklanması, önerilen örnek dilüsyonları ile bilgiler yer almalıdır.
5. Teklif edilen kitin kimyasallarında dökülme, bozulma varsa ve kit sonuç vermediğinde firma yenisini vermek zorundadır. Sonuç vermeme durumunda (standart, numune kuyucuklarının renklenmemesi, standart absorbanslarında uyumsuzluk, kontrol numunelerine ait hesaplanan değerlerinin uyumsuz olması gibi) firma yenisini vermek zorundadır. Teklif ile birlikte yetki belgesi ibraz edilebilmelidir. Aksi durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.
6. Talep edilmesi durumunda teklif edilecek kit için uygun **ELİSA READER ve ELİSA WASHER CİHAZLARI KURULMALIDIR.**
7. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılarak gösterdiği reaksiyon verimliliği - reaksiyon sonucu öncelikli olacaktır. Bu neden ile laboratuvarımızda kullanılmamış ürün teklifleri için örnek bırakılması gerekmektedir. Örnek bırakılmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8. Teklif verilecek kitler kurumda firma aplikasyon uzmanları tarafından çalışılmalı ve demo yapılmalıdır.
9. Teklif veren firmalar üretici firmanın Türkiye' de tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
10. Proje kapsamında verilen bütün kitler çalışmanın bütünlüğü açısından aynı marka olmalıdır.
11. Teklif edilecek kitlerle ilgili varsa kontrol numuneleri verilmelidir.
12. Kitin ülkemizde daha önce satıldığı kurum/kişilere ait referans listesi teklif ile verilmelidir.
13. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmaların teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli, bu belgede teklif edilen marka ve ürün kodu açık olarak belirtilmelidir.
14. Çalışmanın optimizasyonu ve doğruluğu için kitlerin hepsinin aynı markaya ait olması tercih sebebi olacaktır.
15. Prospektüsünde belirtilen saklama ve transport koşullarında teslim edilmeyen kitler kabul edilmeyecektir (soğuk zincir, 2-8°C yada -20 °C).
16. Kitin miyadi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
17. Kiti veren firmanın yetkili temsilci olması ve gerektiğinde üretici firma ile en geç 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.

Rat nitric oxide, NO ELISA Kit Teknik Şartnamesi

1. Teklif edilen kit Rat ve diğer biyolojik numunelerde çalışabilmelidir.
Sensitivity: 0.115µmol/L
Assay range: 1 – 40 µmol/L
2. Kit 96 kuyucuklu olmalıdır.
3. Kit çalışması için gerekli tüm reaktifler, standartlar, tamponlar ve numune-standart dilüentleri gibi malzemeleri içermelidir. Verilen tüm malzemeler kullanıma hazır veya konsantre olmalıdır.
4. Kit çalışma prosedürünü gösteren ayrıntılı kullanıcı kitapçığı bulunmalıdır. Örnek hazırlanması, saklanması, önerilen örnek dilüsyonları ile bilgiler yer almalıdır.
5. Teklif edilen kitin kimyasallarında dökülme, bozulma varsa ve kit sonuç vermediğinde firma yenisini vermek zorundadır. Sonuç vermeme durumunda (standart, numune kuyucuklarının renklenmemesi, standart absorbanslarında uyumsuzluk, kontrol numunelerine ait hesaplanan değerlerinin uyumsuz olması gibi) firma yenisini vermek zorundadır. Teklif ile birlikte yetki belgesi ibraz edilebilmelidir. Aksi durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.
6. Talep edilmesi durumunda teklif edilecek kit için uygun **ELİSA READER ve ELİSA WASHER CİHAZLARI KURULMALIDIR.**
7. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılarak gösterdiği reaksiyon verimliliği - reaksiyon sonucu öncelikli olacaktır. Bu neden ile laboratuvarımızda kullanılmamış ürün teklifleri için örnek bırakılması gerekmektedir. Örnek bırakılmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8. Teklif verilecek kitler kurumda firma aplikasyon uzmanları tarafından çalışılmalı ve demo yapılmalıdır.
9. Teklif veren firmalar üretici firmanın Türkiye’ de tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
10. Proje kapsamında verilen bütün kitler çalışmanın bütünlüğü açısından aynı marka olmalıdır.
11. Teklif edilecek kitlerle ilgili varsa kontrol numuneleri verilmelidir.
12. Kitin ülkemizde daha önce satıldığı kurum/kişilere ait referans listesi teklif ile verilmelidir.
13. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmaların teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli, bu belgede teklif edilen marka ve ürün kodu açık olarak belirtilmelidir.
14. Çalışmanın optimizasyonu ve doğruluğu için kitlerin hepsinin aynı markaya ait olması tercih sebebi olacaktır.
15. Prospektüsünde belirtilen saklama ve transport koşullarında teslim edilmeyen kitler kabul edilmeyecektir (soğuk zincir, 2-8°C yada -20 °C).
16. Kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
17. Kiti veren firmanın yetkili temsilci olması ve gerektiğinde üretici firma ile en geç 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.

Rat TNF ALPHA ELISA Kit Teknik Şartnamesi

18. Teklif edilen kit Rat ve diğer biyolojik numunelerde çalışabilmelidir.

Sensitivity: 5.127 ng/L

Assay range: 8 - 1000ng/L

19. Kit 96 kuyucuklu olmalıdır.

20. Kit çalışması için gerekli tüm reaktifler, standartlar, tamponlar ve numune-standart dilüentleri gibi malzemeleri içermelidir. Verilen tüm malzemeler kullanıma hazır veya konsantre olmalıdır.

21. Kit çalışma prosedürünü gösteren ayrıntılı kullanıcı kitapçığı bulunmalıdır. Örnek hazırlanması, saklanması, önerilen örnek dilüsyonları ile bilgiler yer almalıdır.

22. Teklif edilen kitin kimyasallarında dökülme, bozulma varsa ve kit sonuç vermediğinde firma yenisini vermek zorundadır. Sonuç vermeme durumunda (standart, numune kuyucuklarının renklenmemesi, standart absorbanslarında uyumsuzluk, kontrol numunelerine ait hesaplanan değerlerinin uyumsuz olması gibi) firma yenisini vermek zorundadır. Teklif ile birlikte yetki belgesi ibraz edilebilmelidir. Aksi durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.

23. Talep edilmesi durumunda teklif edilecek kit için uygun **ELİSA READER ve ELİSA WASHER CİHAZLARI KURULMALIDIR.**

24. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılarak gösterdiği reaksiyon verimliliği - reaksiyon sonucu öncelikli olacaktır. Bu neden ile laboratuvarımızda kullanılmamış ürün teklifleri için örnek bırakılması gerekmektedir. Örnek bırakılmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

25. Teklif verilecek kitler kurumda firma aplikasyon uzmanları tarafından çalışılmalı ve demo yapılmalıdır.

26. Teklif veren firmalar üretici firmanın Türkiye' de tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

27. Proje kapsamında verilen bütün kitler çalışmanın bütünlüğü açısından aynı marka olmalıdır.

28. Teklif edilecek kitlerle ilgili varsa kontrol numuneleri verilmelidir.

29. Kitin ülkemizde daha önce satıldığı kurum/kişilere ait referans listesi teklif ile verilmelidir.

30. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmaların teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli, bu belgede teklif edilen marka ve ürün kodu açık olarak belirtilmelidir.

31. Çalışmanın optimizasyonu ve doğruluğu için kitlerin hepsinin aynı markaya ait olması tercih sebebi olacaktır.

32. Prospektüsünde belirtilen saklama ve transport koşullarında teslim edilmeyen kitler kabul edilmeyecektir (soğuk zincir, 2-8°C yada -20 °C).

33. Kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

34. Kiti veren firmanın yetkili temsilci olması ve gerektiğinde üretici firma ile en geç 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.

Rat Endothelin 1 ELISA Kit Teknik Şartnamesi

35. Teklif edilen kit Rat ve diğer biyolojik numunelerde çalışabilmelidir.

Sensitivity: 2.125 ng/L

Assay range: 5 - 600ng/L

36. Kit 96 kuyucuklu olmalıdır.

37. Kit çalışması için gerekli tüm reaktifler, standartlar, tamponlar ve numune-standart dilüentleri gibi malzemeleri içermelidir. Verilen tüm malzemeler kullanıma hazır veya konsantre olmalıdır.

38. Kit çalışma prosedürünü gösteren ayrıntılı kullanıcı kitapçığı bulunmalıdır. Örnek hazırlanması, saklanması, önerilen örnek dilüsyonları ile bilgiler yer almalıdır.

39. Teklif edilen kitin kimyasallarında dökülme, bozulma varsa ve kit sonuç vermediğinde firma yenisini vermek zorundadır. Sonuç vermeme durumunda (standart, numune kuyucuklarının renklenmemesi, standart absorbanslarında uyumsuzluk, kontrol numunelerine ait hesaplanan değerlerinin uyumsuz olması gibi) firma yenisini vermek zorundadır. Teklif ile birlikte yetki belgesi ibraz edilebilmelidir. Aksi durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.

40. Talep edilmesi durumunda teklif edilecek kit için uygun **ELİSA READER ve ELİSA WASHER CİHAZLARI KURULMALIDIR.**

41. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılarak gösterdiği reaksiyon verimliliği - reaksiyon sonucu öncelikli olacaktır. Bu neden ile laboratuvarımızda kullanılmamış ürün teklifleri için örnek bırakılması gerekmektedir. Örnek bırakılmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

42. Teklif verilecek kitler kurumda firma aplikasyon uzmanları tarafından çalışılmalı ve demo yapılmalıdır.

43. Teklif veren firmalar üretici firmanın Türkiye’ de tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

44. Proje kapsamında verilen bütün kitler çalışmanın bütünlüğü açısından aynı marka olmalıdır.

45. Teklif edilecek kitlerle ilgili varsa kontrol numuneleri verilmelidir.

46. Kitin ülkemizde daha önce satıldığı kurum/kişilere ait referans listesi teklif ile verilmelidir.

47. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmaların teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli, bu belgede teklif edilen marka ve ürün kodu açık olarak belirtilmelidir.

48. Çalışmanın optimizasyonu ve doğruluğu için kitlerin hepsinin aynı markaya ait olması tercih sebebi olacaktır.

49. Prospektüsünde belirtilen saklama ve transport koşullarında teslim edilmeyen kitler kabul edilmeyecektir (soğuk zincir, 2-8°C yada -20 °C).

50. Kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

51. Kiti veren firmanın yetkili temsilci olması ve gerektiğinde üretici firma ile en geç 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.