

CD34 (İmmünohistokimyasal Boyama) Teknik Şartnamesi:

1. Ürün, konsantre ya da dilue formda olmalıdır, parafin ve frozen kesitlerde İHK uygulamasında kullanılabilir.
2. Orjinal ambalaj üzerinde ve antikor şişesi üzerinde, üretici firma ismi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numaraları ve klon belirtilmeli ve data sheet ile teslim edilmelidir.
3. Antikor ambalajı ilk kez kullanıcı tarafından açılacak nitelikte olmalıdır. (Kilitli poşet vb. olmamalıdır.)
4. Teslim tarihinden itibaren ürünün son kullanma tarihi, en az 2 yıl olmalıdır.
5. Teklif mektubunda antikorun özellikleri (klon, konsantrasyon aralığı) belirtilmelidir.
6. Tavşan veya farede hazırlanmış monoklonal antikorlar olmalıdır.
7. Ayrıca kitin depo girişinde ürün üzerinde Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak alınmış CE belgesine istinaden CE işareti mutlaka iliştilirilmiş olmalıdır. Bunun kontrolü malı teslim alan depo memuru tarafından yapılacaktır. CE işareti taşımadığı için depoya kabulü yapılmayan üründen doğacak zararlar firmaya ait olacaktır. Ayrıca teklif mektubunda da ürünlerinin yukarıda anılan yönetmeliğe uygun alınmış CE belgesine istinaden CE işareti taşıdığı firmalarca mutlaka belirtilecektir.
8. Hatalı sonuçlara neden olan, çalışmayan antikor firma tarafından ücretsiz olarak en kısa zamanda yenisi ile değiştirilebilir olmalıdır.
9. Son kullanma tarihinden 3 ay önce bildirilmek suretiyle uzun miadlı olan malzemeler ile değiştirilmesi firma tarafından sağlanmalıdır.