

## HUMAN NEUROGRANIN ELISA KIT 96 TEST TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kit ELISA yöntemi ile çalışmalı ve 96 well plate den oluşmalıdır.
2. 450 nm dalga boyunda okuma yapabilmelidir.
3. Ürün üzerinde kullanıcı için detaylı uygulama bilgileri yer almalıdır.
4. Ölçüm aralığı 5-1500ng/ml olmalıdır
5. Sensitivitesi 2.42ng/ml olmalıdır
6. ELISA kiti serum ve plasma örneklerinden çalışmalıdır.
7. Ürün miadı en az 6 ay olmalıdır.
8. Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir.
9. Kiti sağlayan firma ISO 13485:2016 belgesini ibraz etmelidir.