

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK ŞARTNAME

No	Ürün Adı	Miktar	TEKNİK ÖZELLİKLERİ* *Şartnameye uymama veya ürünün çalışmaması durumunda tedarikçi firma ürünleri teslim tarihinden itibaren koşulsuz şartsız bir yıl içerisinde yenisiyle değiştirmeyi taahhüt eder.
1	SPR çipler	1 paket	1. 1 pakette minimum 5 çip olmalıdır. 2. SPR çip slaytlarının ebatları cihazın prizma yüzeyini tam doldurması ve/veya aşmaması için 20x18 mm olmalıdır. 3. Cam slaytlar; cam alt yüzey üzerine 2 nm Cr, 47 nm Au'dan imal edilmiş olmalıdır. 4. Etkin slayt kontrolünü/taşınmasını sağlamak için ilgili materyalin iki yüzeyinin tüm kenar hattı sadece cam alt yüzeyden meydana gelmelidir.