

SPIROMETRE FİLTRESİ ŞARTNAMESİ

1. İstenilen Spirometre ağızlığı, filtreli, ekstra ağızlığına gerek kalmaksızın, kendinden ağızlıklı olmalıdır. Ayrıca ağızlık, yetişkin ve çocukların anatomik ağız yapısına uygun olmalıdır.
2. İstenilen ürün bakteriyel ve viral filtrasyon bir arada olmalıdır. Her iki filtrasyonda da etkinlik en az %99.9 olmalı, bu özellik Sağlık Bakanlığınca onaylanmış akredite kuruluşlarca raporlanmış olmalıdır.
3. Ürün, solunum akımında basınç kaybı olmaması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için stabil, açılmaz yapıda olmalıdır. Üründe kimyasal yapıştırıcı kullanılmamış ve ultrasonik yöntemle yapıştırılmış olmalıdır.
4. Ürün, bütün temel akciğer fonksiyon test donanımlarına uygun olmalıdır.
5. Ürünün test sonuçlarını etkilememesi açısından, hastanede kullanılan cihazlara bire bir uyumlu olmalıdır.
6. Ürün temiz oda standartlarında üretilmiş olmalı oda yüzey ve hava biyokontaminasyon ölçümleri ve mikrobiyolojik yeterlilik raporları olmalı, bu raporlar Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Akredite kuruluşlarınca düzenlenmiş olmalıdır.
7. Her bir ürün kendi ambalajında tek tek paketlenmelidir.
8. Ürün sınıf IIa kapasimda olduğu için CE Sertifikalı olmalı bu sertifika ölçme fonksiyonu özeliğini kapsamalıdır.
9. Kurumumuzda kullanılan **Cosmed Pony Fx model** sft cihazına uygun olan boyutu mevcut olmalıdır.

EGZERSİZ BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bantlar hastaların ve sporcuların dirençli egzersiz ve rehabilitasyon için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Egzersiz bantları en az 1,5 metre uzunluğunda ve en az 12.5cm genişliğinde olmalıdır.
3. Egzersiz bantları uzun ömürlü olması ve kullanım kolaylığı olması için az pudralı yapıda olmalıdır.
4. Egzersiz bantları sertlik derecesi orta olmalıdır. %100 esnemedede direnci en az 5 lb olmalıdır.
5. Egzersiz bantlarının sertliği orta sertlikte olmalıdır.
- 6-Bantlar ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.