

Antiseptik Dezenfektan Sprey Teknik Şartnamesi

- Cihazlarda gerekli hijyenin sağlanması amacıyla kullanılacaktır.
- Boyar madde içermemeli ve leke yapmamalıdır.
- Uygulandıktan sonra artık ve kalıntı bırakmamalıdır.
- Durulama ve yıkama gerektirmemelidir.
- Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.
- Her bir kutudaki dezenfektan miktarı 1000 ml olmalıdır.

Pediatric Boy EKG Electrode Technique Specification

- It should be disposable.
- The product dimensions should be 25,4 mm x 25,4 mm in shape.
- EKG electrode models should be disposable.
- It should not contain latex.
- AgCl sensor should be present.
- It should be quick conducting electricity with hydrogen.

Range of Motion Scale Teknik Şartnamesi

- Ağız açıklığını ölçmek amacıyla kullanılacaktır.
- Ölçüm aracının bir tarafı dikdörtgen diğer tarafı ise alt ucu çentik şeklinde üstü ucu yarım daire şeklinde olmalıdır.
- Tek kullanımlık olmalıdır.
- Paket boyutları: 8,58 x 4,69 x 1,06 inç; 3,84 ons şeklinde olmalıdır.
- Cetvelin üzerinde yer alan ölçüm sonuçları mm olarak yer almalıdır.

Alkollü Cilt Temizleme Mendili Teknik Şartnamesi

- 6 cm X 6 cm boyutunda olmalıdır.
- Elektrot yapıştırılmadan önce cildin temizlenmesi için kullanılacaktır.
- Tek kullanımlık olmalıdır.
- Her bir mendil ayrı paketler halinde bulunmalıdır.