

KOLON ŞARTNAMESİ

- ✓ Kolonun boyutları 250x4.6mm, 5.0um olmalıdır.
- ✓ Kolon dolgu maddesi ODS (C18) olmalıdır.
- ✓ Kolon paslanmaz çelik olmalıdır.
- ✓ Kolon dolgu maddesinin karbon yükü %15 olmalıdır.
- ✓ Kolon dolgu maddesi endcapped olmalıdır.
- ✓ Kolon dolgu maddesini yüzey alanı 450m²
- ✓ Kolon pH çalışma aralığı 2 - 7.5 olmalıdır.
- ✓ Kolon dolgu maddesi küresel, full gözenekli ve yüksek saflıkta olmalıdır.
- ✓ Kolon gözenek boyutu 100A olmalıdır.
- ✓ Kolon dolgu maddesi en az %99.99 saflıkta olmalıdır.