

LAMEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Patoloji Kliniğinde araştırma görevlisi Dr Aslıhan Selmanoğlu'nun uzmanlık tez çalışması için kullanılacak Lamel teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER :

- 2.1. Lameller birimin tercihine göre 24x50 mm ebatlarında olmalıdır.
- 2.2. Işığı kırmayan iyi kalite (A Kalite) camdan yapılmış olmalıdır.
- 2.3. Mikroskopta büyük büyütmelelerde bile bulanık görüntüye neden olmamalıdır.
- 2.4. Lameller esnek, berrak, çatlaksız, kirsiz ve tozsuz olmalıdır.
- 2.5. Çiziksiz ve parlak yüzeyli olmalıdır.
- 2.6. Kalınlığı 0,13-0,17 mm arasında olmalıdır.
- 2.7. Kenar kesimleri pürüzsüz olmalıdır.
- 2.8. Birbirine yapışmayan iyi kalite ve temiz, tamamen şeffaf camdan olmalıdır.

Dr. Abdurrahman Yurtaslan

ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM
ARAŞTIRMA HASTANESİ